

“句容市下蜀中心卫生院球管采购项目”项目采购预
算可行性分析报告

句容市下蜀卫生院
二零二五年二月一十九日

句容市下蜀中心卫生院球管采购项目预算可行性报告

句容市财政局：

我单位即将开展的“句容市下蜀中心卫生院球管采购项目”，预算为 75 万元，项目有年度预算，该预算来源为我院自筹。

本项目目标，为满足日常诊疗需要，拟购球管 1 套，用于日常工作，以满足医生对临床诊断的要求，同时改善健康检查的诊疗体验，提高服务能力。

本项目的资金使用，对于满足采购合同约定支付条件的，自收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户。

特此说明



则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

3、在保修期内，如有损坏或质量不合格者，供应商应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

4、在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

5、在保修期外，供应商为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按文件中服务要求相应条款处理，维修只收取配件费，按市场报价的80%优惠，不收取人工费。

6、在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

7、承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

8、终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

9、中标人必须负责整个项目的运输、安装、调试、试运行等，完成后交付采购人使用，除采购人明确提出需要的变更增加外，不再增加任何费用，中标人应确保货物能安全、正常运行并达到采购人的要求。

一、项目基本情况:

该项目为句容市下蜀卫生院球管采购,为满足日常诊疗需要,拟购球管 1 套,用于日常工作,以满足医生对临床诊断的要求,同时改善健康检查的诊疗体验,提高服务能力。

项目联系人:邢高峰 13776372773

二、参数要求及标准

序号	技术参数	技术参数值	证明材料
★ 1	适用机型	Alexion Advance	
★ 2	球管型号	CXB-400C	
# 3	阳极热容量	4.0MHU	
# 4	阳极冷却率	846KHU/min	
5	最高管电压	135KV	
6	焦点	0.9×0.7 1.4×1.4	
★ 7	靶面制成材料	表面铯钨合金	
◇ 8	质量保证	产品为全新原装球管,一年内比例保证 曝光 10 万次,5000 次内损坏免费赔偿, 1 0 万次一年内内损坏按比例收取费用再 提供一只全新相同型号球管。	

1、质保 1 年,终身维护

2、如设备发生故障,供应商在接到采购人报修电话后 2 小时之内响应,4 小时内到达采购人现场,24 小时内修复或免费提供备用机,否

10、合同履行过程中，中标人自行承担履约行为所引起的一切责任。

11、应针对本项目指定专人作为售后联系人，负责协调产品销售以及售后问题。

三、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、采购项目交付或者实施的时间：合同签订后 60 天内送货安装完成。

2、采购项目交付或者实施地点在：交货地点由甲方指定