

技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

3.1.采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：255,000.00

采购包最高限价（元）：255,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额（元）	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	医用内窥镜	电子软镜	3.00（把）	255,000.00	工业	是	否	否	否	否

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	电子软镜	3.00（把）	255,000.00	总价	报价包含成本、运输、包装、入库、税费及其他一切费用，在合同期内，不因市场价格波动而变动。

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用内窥镜	电子软镜	电子软镜

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

件或“全国认证认可信息公共服务平台” (<http://cx.cnca.cn>) 的认证信息截图, 可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包 1:

标的名称：电子软镜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标																		
1		/	<table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>电子软镜 1</td><td>把</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>电子软镜 2</td><td>把</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">合计：3 把</td></tr></table>				序号	产品名称	单位	数量	1	电子软镜 1	把	1	2	电子软镜 2	把	2	合计：3 把		
			序号	产品名称	单位	数量															
			1	电子软镜 1	把	1															
			2	电子软镜 2	把	2															
			合计：3 把																		
			注：上述表格仅做为数量的明确，不作为打分，供应商可以不做应答。																		
			1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、有线视频输出功能。																		
▲2、显示器能上下 0°～180°转动，左右 0°～180°转动。																					
▲3、软管直径：电子软镜 1：2.4mm；电子软镜 2：4.5mm。																					
4、前端蛇骨弯曲角度：向上≥90°，向下≥90°。																					
▲5、视场角：90° ±15%。																					
6、摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源，光照度：≥700LUX。																					

		7、显示屏内置可充电式锂电子聚合物电池。 ▲8、显示器像素不低于 320*240，分辨率≥9.92 LP/mm。 9、显示器与机身手柄可分离拆卸。 ▲10、显示屏尺寸：≤3.0" TFT 屏。 ▲11、景深：3-100mm。 12、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量≥12 万张，可存储录像时≥4 小时。 13、充电器输入：100~240V，50Hz。 14、充电器输出：4.2V，250mA。 15、充电时间：≤4 小时。 16、持续放电时间：≥2 小时。 17、充电次数：≥300 次。
--	--	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起 90 日
2		交货地点	成都市妇女儿童中心医院指定地点。供应商承担院外货物运输中所发生的一切风险
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	1、/, 货物安装调试、验收合格后, 收到投标人提供的正式发票 10 个工作日内支付合同总金额的 95%, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 95.00% 2、/, 货物质保期满一年后, 收到投标人提供的正式发票 10 个工作日内支付合同总金额的 5%, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 5.00%
5		验收、交付标准和方法	(1) 按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的响应投标文件及承诺与合同约定标准进行验收; (2) 其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加 强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)和《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)的要求进行验收
6		质量保修范围和保修期	1. 整套设备质保期 2 年(如具体设备在技术要求中有明确的质保期要求, 以具体设备要求为准)。 2. 至少每季度提供一次巡检与性能标定服务, 确保设备性能符合药监局注册时之标准性能, 维修响应时间 2 小时, 48 小时到达现场。 3. 保修期外为终身维护。 4. 投标人应对操作人员进行培训, 并保证正常使用
7		违约责任与解决争议的	(一) 违约责任: 1) 乙方未按照合同约定履行义务, 若有逾期行为, 每逾期一天, 应向甲方支付本合同总金额的 1%作为违约金, 若逾期超过 15 天的, 甲方有权解除合同, 乙方除应当向甲方支付前述逾期违约金外还应当按照货款总价 10%支付违约金。 2) 如乙方未能及时履行维修义

		方法	务，每出现一次违约情况，应向甲方按照本合同总金额的 5%支付违约金。甲方为保障医疗工作正常进行，有权另行寻找第三方进行维修，产生的相关费用由乙方承担。 3) 乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 4) 若设备正常运行天数未到达本合同第七条第 2 款约定的要求，则乙方同意按照停用一天延长保修期两天的方式承担违约责任。 5) 乙方应保证所提供的设备完全符合投标文件要求。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的 10%支付违约金。 6) 除上述约定外，任何一方违反本合同约定，违约方应向守约方支付本合同总金额的 10%作为违约金, 违约金不足以弥补守约方实际损失的，由违约方予以补足。 7) 本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。 （二）解决争议的方法 因履行本合同导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

因系统固化原因，商务及其他要求以上传的附件★商务及其他要求（各包均适用）为准。(此项为说明，投标人无需响应此条说明内容)